राजेश कुमार, बि०प्र०से०
प्रशासी पदाधिकारी-सह-
प्रभारी, प्रोक्योरमेंट

पत्रांकः SHSB/PM/530/2018/..1270

सेवा में,

मुख्य महाप्रबंधक (आपूर्ति श्रृंखला)
BMSICL, पटना

पटना, दिनांक 04/06/2025

विषयः हीमोग्लोबिनोमीटर एवं ग्लूकोमीटर तथा उसके स्ट्रीप से त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट प्राप्त होने के संबंध में।

प्रसंगः विभिन्न जिलों से प्राप्त पत्र एवं राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का गै०स०प्रे०सं० 977, दिनांक 22.05.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि औरंगाबाद, वैशाली, पूर्वी चम्पारण, समस्तीपुर, दरभंगा एवं बेगुसराय द्वारा पत्र के माध्यम से हीमोग्लोबिनोमीटर एवं उसके स्ट्रीप के तकनीकी खराबी के संबंध में प्रतिवेदित किया गया है। जिलों द्वारा अपने पत्र में हीमोग्लोबिनोमीटर के परिणाम में त्रुटि आने एवं एक ही समय में एक व्यक्ति के Hb रिपोर्ट में भिन्नता आने के कारण खुन की कमी वाले मरीजों को चिन्हित करने में कठिनाई उत्पन्न होने का उल्लेख किया गया है।

2. इसी प्रकार राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी के पत्रांक 951 दिनांक 21.05.2025 द्वारा ग्लूकोमीटर एवं उसके स्ट्रीप में प्रतिवेदित परिणामों के संबंध में जिलों से पृच्छा के क्रम में अरवल, पश्चिमी चम्पारण, मुगेंर, बेगुसराय, औरंगाबाद, गया, समस्तीपुर, दरभंगा, वैशाली द्वारा ग्लूकोमीटर एवं उसके स्ट्रीप से परिणाम त्रुटिपुर्ण आने के कारण मधुमेह से ग्रसित मरीजों को चिन्हित करने में कठिनाई होने का उल्लेख किया गया है।

3. अतः जिलों से प्राप्त पत्रादि को निदेशानुसार संलग्न करने हुए अनुरोध है कि हीमोग्लोबिनोमीटर एवं ग्लूकोमीटर तथा उसके स्ट्रीप से त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट प्राप्त होने के संबंध में समुचित एवं युक्तियुक्त कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः यथोक्त।

विश्वासभाजन

(राजेश कुमार)

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

बिहार सरकार

NATIONAL HEALTH MISSION

राजेश कुमार, बि०प्र०से०
प्रशासी पदाधिकारी-सह-
प्रभारी, प्रोक्योरमेंट

पत्रांक: SHSB/PM/530/2018/..........

सेवा में,

मुख्य महाप्रबंधक (आपूर्ति श्रृंखला)
BMSICL, पटना

पटना, दिनांक ....

विषय: हीमोग्लोबिनोमीटर एवं ग्लूकोमीटर तथा उसके स्ट्रीप से त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट प्राप्त होने के संबंध में।

प्रसंग: विभिन्न जिलों से प्राप्त पत्र एवं राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का गै०स०प्रे०सं० 977, दिनांक 22.05.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि औरंगाबाद, वैशाली, पूर्वी चम्पारण, समस्तीपुर, दरभंगा एवं बेगुसराय द्वारा पत्र के माध्यम से हीमोग्लोबिनोमीटर एवं उसके स्ट्रीप के तकनीकी खराबी के संबंध में प्रतिवेदित किया गया है। जिलों द्वारा अपने पत्र में हीमोग्लोबिनोमीटर के परिणाम में त्रुटि आने एवं एक ही समय में एक व्यक्ति के Hb रिपोर्ट में भिन्नता आने के कारण खुन की कमी वाले मरीजों को चिन्हित करने में कठिनाई उत्पन्न होने का उल्लेख किया गया है।

2. इसी प्रकार राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी के पत्रांक 951 दिनांक 21.05.2025 द्वारा ग्लूकोमीटर एवं उसके स्ट्रीप में प्रतिवेदित परिणामों के संबंध में जिलों से पृच्छा के क्रम में अरवल, पश्चिमी चम्पारण, मुगेंर, बेगुसराय, औरंगाबाद, गया, समस्तीपुर, दरभंगा, वैशाली द्वारा ग्लूकोमीटर एवं उसके स्ट्रीप से परिणाम त्रुटिपुर्ण आने के कारण मधुमेह से ग्रसित मरीजों को चिन्हित करने में कठिनाई होने का उल्लेख किया गया है।

3. अत: जिलों से प्राप्त पत्रादि को निदेशानुसार संलग्न करने हुए अनुरोध है कि हीमोग्लोबिनोमीटर एवं ग्लूकोमीटर तथा उसके स्ट्रीप से त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट प्राप्त होने के संबंध में समुचित एवं युक्तियुक्त कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक: यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह०/-
(राजेश कुमार)

ज्ञापांक 1270 पटना, दिनांक 04/06/2025

- सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रबंध निदेशक, BMSICL, पटना को BMSICL के पत्रांक 2286 दिनांक 29.05.2025 के क्रम में कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
- राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (NP-NCD)/ राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (HWC)/राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (AMB)/राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (MH), राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों का हीमोग्लोबिन जांच एवं मधुमेह जाँच का समुचित अनुश्रवण किया जाय।

04/06/25

प्रशासी पदाधिकारी-सह-प्रभारी, प्रोक्योरमेंट

555

गै०सं०प्रे०सं० 977
दिनांक : 22/5/2025

पीत–पत्र के बदले में

राज्य के कतिपय जिलों से प्राप्त सूचनानुसार मधुमेह रोग की पहचान/जाँच हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले उपकरण–Glucometer एवं उसके Strip का संतोषसजनक परिणाम (Reading) प्राप्त नहीं होने को दृष्टिगत रखते हुए आपके द्वारा दिनांक 21.05.25 को जिलों से इस संदर्भ में प्रतिवेदन प्राप्त कर उपलब्ध कराने हेतु मौखिक अनुरोध किया गया था।

2. उक्त के आलोक में कार्यालय पत्रांक 951, दिनांक 21.05.25 के द्वारा जिलों के स्वास्थ्य संस्थानों में प्रयोग में लाये जा रहे उपकरण–Glucometer एवं उसके Strip के प्रतिवेदित परिणामों से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया था। जिसके विरूद्ध जिलों से प्राप्त प्रतिवेदनों की छाया प्रति को संलग्न करते हुए आवश्यक कार्यार्थ भेजी रही है।

अनुलग्नक : यथोक्त।

22/5/25
(डॉ० ए० के० शाही)
राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, NP-NCD

सहायक निदेशक, औषधि

प्रशासी पदाधिकारी धर
कृपया अवलोकनार्थ।
23/5/25

23/5/25

558

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

पत्रांक : SHSB/GA/NPCDCS/3312/2018/951
दिनांक : 21 / 05 / 25

प्रेषक,

डॉ० ए०के० शाही
राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, NP-NCD

सेवा में,

सभी अपर उपाधीक्षक-सह-सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,
गैर संचारी रोग, बिहार।

विषय : ग्लूकोमीटर एवं उसके स्ट्रीप में के सम्बन्ध में

महाशय,

कतिपय ज़िलों से सूचित किया गया है कि रक्त में शुगर जाँच हेतु उपलब्ध कराये गये ग्लूकोमीटर एवं उसके स्ट्रीप में संतोषजनक परिणाम (reading) प्रतिवेदित नहीं हो रहे है जिसके फलस्वरूप मधुमेह के रोगियों के उपचार में परेशानियां हो रही हैं।

अतः अनुरोध है कि जिला के स्वास्थ्य संस्थानों, ए.एन.एम., सी.एच.ओं. अन्य सम्बंधितों से ग्लूकोमीटर एवं उसके स्ट्रीप में प्रतिवेदित परिणामों के बारे में प्रतिवेदन दिनांक 21.05.2025 के अपराह्न 2 बजे तक राज्य NCD कोषांग के ई-मेल npncdbihar@gmail.com पर अचूक रूप से उपलब्ध कराया जाये।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाये।

विश्वासभाजन
21/5/25
(डॉ० ए०के० शाही)

बिहार सरकार

कार्यालयः— जिला गैर संचारी रोग

E-mail :ncdarwal@gmail.com

पत्रांक 35 / अरवल, दिनांक 21/05/2025 /

553

प्रेषक,

जिला गैर संचारी रोग पदाधिकारी,
अरवल।

प्रेषित,

सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी,
प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक, अरवल जिलान्तर्गत।

विषयः— NP-NCD कार्यक्रम अन्तर्गत Glucometer से संबंधित परेशानी के संबंध में।

महाशय / महाशया,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में आपको आदेशित किया जाता है कि अपने संस्थान अन्तर्गत NCD Clinic एवं APHC/HSC-HWC पर Glucometer से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो रही है तो इसकी सूचना पत्र के माध्यम से 24 घंटे के अन्दर कार्यालय को विहित पत्र में पूर्ण विवरणी (यथा Glucometer No., Strip No., Expiry Date इत्यादि) के साथ भेजना सुनिश्चित करेगें।

विश्वासभाजन

for 21/05/25

जिला गैर संचारी रोग पदाधिकारी,
अरवल।

ज्ञापांक 35 / अरवल, दिनांक 21/05/2025

प्रतिलिपिः— सिविल सर्जन—सह—सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, अरवल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (NP-NCD) राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

for 21/05/25

जिला गैर संचारी रोग पदाधिकारी,
अरवल।

District NCD CELL, West Champaran

जिला गैर–संचारी रोग. प0 चम्पारण

552

पत्रांकः– NCD/25-26/15

दिनांकः– 21-05-2025

प्रेषक,

अपर उपाधीक्षक–सह–सहायक,
अपर मु0 चिकित्सा पदा0 (गैर संचारी रोग),
प0 चम्पारण, बेतिया।

प्रेषित,

राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी NP-NCD,
राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना, बिहार।

विषयः– NCD कार्यक्रम अन्तर्गत Glucometer and Strip के Reading के संबंध में।
सन्दर्भः– राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पत्रांक– 951 दिनांक– 21.05.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि पश्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत BMSICL के द्वारा उपलब्ध कराये गये Glucometer and Strip सही काम कर रहा है।

विश्वासभाजन

U. Awasthi
21/05/2025

अपर उपाधीक्षक–सह–सहायक, अपर मु0 चिकित्सा पदा0 (गैर संचारी रोग), प0 चम्पारण, बेतिया।

Kanhaiya Jee
21/05/2025

वित्त-सह-लॉजिस्टिक सलाहकार
गैर संचारी रोग,प0चम्पारण,बेतिया

ज्ञापांक.................................... बेतिया/ दिनांक..................

प्रतिलिपि :– सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, प0 चम्पारण बेतिया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

U. Awasthi
21/05/2025

अपर उपाधीक्षक–सह–सहायक, अपर मु0 चिकित्सा पदा0 (गैर संचारी रोग), प0 चम्पारण, बेतिया।

Kanhaiya Jee
21/05/2025

वित्त-सह-लॉजिस्टिक सला...
गैर संचारी रोग,प0चम्पारण ...

NCD OFFICE, GROUND FLOOR, PSM DEPARTMENT, GMCH, WEST CHAMPARAN
PIN CODE:- 845438, PHONE NO. 06254-246165, EMAIL ID- ncdcellbettiah@gmail.com

कार्यालय : गैर संचारी रोग, (NCD) मुंगेर (बिहार)

Phone :6206945943

Email- ncdmunger@gmail.com

551

पत्रांक 21 /NCD मुंगेर, दिनांक 22/05/2025

प्रेषक,

डॉ0 कुमार रंजन
अपर उपाधीक्षक सह सहायक
अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
गैर संचारी रोग पदाधिकारी, मुंगेर।

सेवा में

राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी(NP-NCD)
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

विषय :– ग्लूकोमीटर एवं स्ट्रीप के मॉडल नंबर ने समन्वय ना होने के संबद्ध में।

प्रसंग :– SHSB/GA/NPCDCS/3312/2018/951 दिनांक 21.05.2025

महाशय,

उपरोक्त विषयक कहना है कि ब्लड शुगर जांच हेतु उपलब्ध करवाए गए ग्लूकोमीटर एवं उसके स्ट्रिप में समन्वय नहीं है। सभी HWC/PHC/CHC से मौखिक रूप से सही परिणाम नहीं आने की बात कही गई है। जिला NCD क्लीनिक में भी नए लॉट का ग्लूकोमीटर के उपयोग के उपरांत ही परिणाम प्राप्त किया जा सका। भण्डारपाल के सूचना प्राप्त हुआ कि ये नए लॉट का ग्लूकोमीटर बहुत कम मात्रा में प्राप्त हुआ है जबकि सभी स्ट्रिप नए लॉट के ग्लूकोमीटर के अनुकूल ही उपलब्ध है। दिनांक 06.03.2025 को जिला से ग्लूकोमीटर एवं स्ट्रिप की जरूरत का अघटन प्रतिवेदन भी भेजा गया था। (संकलित)

अतः महाशय से आग्रह है कि कृपया ग्लूकोमीटर की समस्या का निवारण जल्द से जल्द करने की कृपा करें।

विश्वासभाजन

Ku 22/5

डॉ0 कुमार रंजन
अपर उपाधीक्षक सह सहायक
अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
गैर संचारी रोग पदाधिकारी, मुंगेर।

पत्रांक 21/NCD दिनांक 22/05/2025

प्रतिलिपि :– सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

डॉ0 कुमार रंजन
अपर उपाधीक्षक सह सहायक
अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
गैर संचारी रोग पदाधिकारी, मुंगेर।

जिलावार /संस्थानवार Glucometer & Lancet से संबंधित प्रतिवेदन

क्र० सं०	जिला का नाम	स्वास्थ्य संस्थान का नाम	Number of Helath Facility	क्रियाशील Glucometer/Lancet की उपलब्धता (सं० में)		खराब Glucometer/Expired Lancet की सं०		Glucometer/Lancet & Strip की आवश्यकता 31 मार्च 2025 तक (सं० में)			अभ्युक्ति
				Glucometer	Lancet	Glucometer	Lancet	Glucometer	Lancet	Strip	
1	Munger	DH (Including NCD Clinic)	1	1	1000	5	0	10	5000	5000	
		SDH (Including NCD Clinic)	1	1	500	0	0	10	5000	5000	
		RH (Including NCD Clinic)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		CHC (Including NCD Clinic)	3	5	3000	10	0	12	8000	8000	
		PHC (Including NCD Clinic)	6	10	10000	25	0	50	5000	5000	
		APHC-HWC	21	15	2500	4	0	21	4000	4000	
		HSC-HWC	143	100	5000	25		80	10000	10000	
		UPHC	6	47	34000	23	0	20	9200	9200	
		Total	181	179	56000	92	0	203	46200	46200	

Kum Roy
06/03/25

अपर उपाधीक्षक-सह-सहायक
पर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
संचारी रोग, मुंगेर
Rahul
06/03/25

550

कार्यालय :- जिला गैर संचारी रोग पदाधिकारी, बेगूसराय

Email Id :-ncdcellbegusarai@gmail.com

(549)

दिनांक :- 22/5/25 ।

पत्रांक:- 86 ,

प्रेषक :- अपर उपाधीक्षक सह सहायक
अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
गैर संचारी रोग, बेगुसराय ।

सेवा में
राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (NP-NCD)
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार।

विषय :- Haemoglobinometer, ग्लूकोमीटर एवं स्ट्रिपस के संबंध में।

प्रसंग :- राज्यस स्वास्थ्य समिति, बिहार के पत्रांक 951, दिनांक 21/05/2025 के आलोक में,

महाशय ,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत सभी स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत ANM, CHO एवं अन्य सम्बंधितों से Haemoglobinometer , ग्लूकोमीटर एवं स्ट्रिपस के क्रियाशीलता के बारे मे पता किया गया, जिसमे निम्न परिणाम सामने आया है :-

1. **Haemoglobinometer** : CHO के द्वारा बताया गया कि Lot no. 04D23PAR, 14B25PAR03SG, 31A25PAR03SG, 18B25PAR03SG, 05B25PAR03SG के मशीन मे कुछ त्रुटिपूर्ण परिणाम प्राप्त हो रहा है यथा – मशीन मे रिपोर्ट नहीं दिखाना, अलग अलग व्यक्तियों का रिपोर्ट लगभग एक समान आना, एक ही समय मे एक व्यक्ति का Hb रिपोर्ट मे भिन्नता, गलत रिपोर्ट दिखाना (कम Hb show करना) इत्यादि।
2. **Glucometer एवं Strips** : कुछ CHO के द्वारा बताया गया कि Lot no. GSC2501015 के स्ट्रिपस ग्लूकोमीटर मे काम नहीं कर रहा है तथा रीडिंग नहीं आ रहा है।

विश्वासभाजन

22.5.25

अपर उपाधीक्षक सह सहायक
अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
गैर संचारी रोग, बेगुसराय।

ज्ञापांक :- 86 दिनांक :- 22/5/25 ।

प्रतिलिपि :- सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22.5.25

अपर उपाधीक्षक सह सहायक
अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
गैर संचारी रोग, बेगुसराय।

बिहार सरकार

Community Health Centre, Barun (Aurangabad)
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बारूण (औरंगाबाद)
Phone No. – 06186 – 244135
E-mail -chcbarunaugbbihar@gmail.com

NATIONAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

548

पत्रांक 244 बारूण / दिनांक 21 / 05 / 2025

प्रेषक :– प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बारूण

सेवा में,
सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, औरंगाबाद।

विषय : – **Glucometer** का **Strip Glucometer** मशीन के साथ **Match** नहीं करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक में कहना है कि जिला भण्डार से प्राप्त **Glucometer Strip BMSICL** द्वारा **Supply Glucometer** में नहीं लग पा रहा है, जिसके कारण **Batch No- GSC2501010** का कुल 229 पैकेट का प्रयोग होना संभव नहीं है।

अतः श्रीमान से आग्रह है कि उचित मार्गदर्शन देना चाहेंगे।

21.05.25

21/5/25

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बारूण
21/5/25

547

DISTRICT NCD CELL ,GAYA

S.NO	NAME OF BLOCK/INSTITUTION	TYPE PHC/CHC/DH	ग्लूकोमिटर और स्ट्रिपस मे खराबी है/नहीं (YES/NO)	REMARKS
1	JPN HOSPITAL	DH	YES	
2	PRABHAWATI HOSPITAL	DH	NO	
3	CHC AMAS	CHC	YES	
4	CHC ATRI	CHC	YES	
5	CHC BANKEY BAZAR	CHC	YES	
6	CHC BARACHATTY	CHC	YES	
7	CHC BELAGANJ	CHC	NO	
8	CHC BODH GAYA	CHC	NO	
9	CHC DOBHI	CHC	NO	
10	PHC DUMARIYA	PHC	YES	
11	CHC FATEHPUR	CHC	NO	
12	PHC TOWN BLOCK	PHC	YES	
13	CHC GURARU	CHC	NO	
14	CHC GURUA	CHC	YES	
15	CHC IMAMGANJ	CHC	NO	
16	CHC KHIZARSARAI	CHC	NO	
17	CHC KONCH	CHC	YES	
18	CHC MAHAKAR	CHC	YES	
19	CHC MANPUR	CHC	NO	
20	CHC MOHANPUR	CHC	YES	
21	CHC MOHRA	CHC	NO	
22	CHC NEEMCHAK BATHANI	CHC	YES	
23	CHC PARAIYA	CHC	NO.	
24	SDH SHERGHATI	CHC	NO	
25	PHC TANKUPPA	PHC	NO	
26	SDH TEKARI	CHC	[illegible]	
27	CHC WAZIRGANJ	CHC	NO	

District NCD Officer
Gaya

for Sujeet Kumar
22/05/2025

कार्यालयः– जिला गैर संचारी रोग कोषांग, अरवल
E-mail :ncdarwal@gmail.com

बिहार सरकार

पत्रांक 36 / अरवल, दिनांक 22/5/25 /

546

प्रेषक,

जिला गैर संचारी रोग पदाधिकारी,
अरवल।

सेवा में,

राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (NP-NCD)
राजय स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना।

विषयः– NP-NCD कार्यक्रम अन्तर्गत Glucometer Test Strip के जाँच में अन्तर के संवंध में।

महाशय / महाशया,

उपर्युक्त प्रसांगिक पत्र के आलोक में कहना है कि NP-NCD कार्यक्रम अन्तर्गत वर्त्तमान में जो BMSICL से Glucometer Test Strip जो निर्गत किया गया हैं, उससे जाँच करने पर तथा Lab में Blood Sugar Test कराने पर कुछ अन्तर प्रतीत होता है। दिनांक 19.02.2025 से 22.05.2025 तक जो Random मरीजों का जाँच Glocose Strip तथा फिर उनका जाँच Lab में कराया गया, जिसका तुलनात्मक जाँच में अन्तर आ रहा है।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि अपने स्तर से इसकी जाँच कराकर उचित दिशा–निर्देश देना चाहेगें।

अनुलग्नकः– Comparative Report की सूची संल्गन।

विश्वासभाजन

22/5/25

जिला गैर संचारी रोग पदाधिकारी,
अरवल।

ज्ञापांक 36 / अरवल, दिनांक 22/5/25

प्रतिलिपिः– सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, अरवल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

22/5/25

जिला गैर संचारी रोग पदाधिकारी,
अरवल।

545

MO

Comparative Report of Blood Sugar By Strip and By CHC KURTHA ARWAL

Sl. No.	Reg. No.	Date	Patient Name	Age	Sex	Kit Result	Lab Result	Diffrence
1	47721153[illegible]	22/5/25	RITA DEVI	43	F	148 mg/dl	76.74 mg/dl	71.26 mg/dl
2	[illegible]	22/5/25	PUNAM DEVI	43	F	152 mg/dl	77.92 mg/dl	74.08 mg/dl
3	[illegible]	22/5/25	SURESHWAR PRASAD	70	M	196 mg/dl	113.2 mg/dl	[illegible]
4	[illegible]	22/5/25	AJAY MISTRI	40	M	153 mg/dl	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	22/5/25	KHODAIJA [illegible]	45	F	184 mg/dl	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	22/5/25	BHIMAL PASWAN	35	M	129 mg/dl	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	22/5/25	SAHENDAR YADAV	40	M	125 mg/dl	72.64 mg/dl	[illegible]
8	47722[illegible]	22/5/25	AMITABH YADAV	60	M	137 mg/dl	78.79 mg/dl	58.21 mg/dl
9	4722[illegible]	22/5/25	LALTI DEVI	40	F	190 mg/dl	85.63 mg/dl	104.37 mg/dl
10	47722[illegible]	22/5/25	INDU KUMARI	65	F	251 mg/dl	166.3 mg/dl	84.7 mg/dl
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

चिकित्सा पदाधिकारी
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
कुर्था (अरवल)

547

Comparative Report Of Blood Sugar By Strip and By Lab
Primary Health Centre-Sonbhadra Banshi Suryapur (Arwal)

Sl.No.	Reg.No.	Date	Patient Name	Age	Sex	Kit	Lab	Diff
1	43950432	05-04-25	Archana Pandey	38	Female	140mg/dl	138mg/dl	2mg/dl
2	44004018	07-04-25	Shrikishun Manjhi	65	Male	112mg/dl	107mg/dl	5mg/dl
3	44487214	12-04-25	Ramjanam Yadav	48	Male	101mg/dl	96mg/dl	5mg/dl
4	44942516	19-04-25	Anil singh	56	Male	105mg/dl	107mg/dl	2mg/dl
5	45455022	26-04-25	Sunita Ray	35	Female	118mg/dl	113mg/dl	5mg/dl
6	35920150	03-05-25	Sangita Kumari	35	Female	171mg/dl	119mg/dl	52mg/dl
7	45917560	03-05-25	Pramod singh	40	Male	105mg/dl	101mg/dl	4mg/dl
8	46008583	05-05-25	Manju Devi	71	Female	340mg/dl	315mg/dl	25mg/dl
9	45994281	05-05-25	Dhanesh	80	Male	140mg/dl	132mg/dl	8mg/dl
10	46205600	08-05-25	Jitendra Kumar	50	Male	142mg/dl	129mg/dl	13mg/dl

21/5/25

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी
प्रा० स्वा० केन्द्र सोनभद्र वंशी सूर्यपुर (अरवल)

Scanned with OKEN Scanner

Comparative Report of Blood Sugar By Strip and By Lab
Arwal District

Sl. No.	Reg. No.	Date	Patient Name	Age	Sex	Kit Result	Lab Result	Diffrence
1	BSV5509	19.02.2025	Rita Devi	40	F	214	250	36
2	DOZ4297	20.02.2025	Kunal Thakur	28	M	144	119	25
3	BSX2880	20.02.2025	Priya Kumari	22	F	103	88	15
4	BSX7052	20.02.2025	Shanti Devi	50	F	112	87	25
5	BSXS152	20.02.2025	Manita Devi	31	F	123	76	47
6	BQTS117	21.02.2024	Md. Amir	56	M	143	123	20
7	BJW9742	24.02.2025	Ranjeet Kumar	30	M	140	116	24
8	BVPS945	03.04.2025	Muneshwar Prasad	47	M	99	133	34
9	BVRS199	04.04.2025	Rajendra Bhagat	30	M	239	181	58
10	BVS1393	04.04.2025	Brahmeshwar Rai	65	M	323	259	64
11	BJ11906	07.04.2025	Chandradeo Singh	72	M	125	151	26
12	BVX6657	08.04.2025	Ramanuj Yadav	46	M	120	180	60
13	BWA1091	09.04.2025	Manoj Kumar	47	M	345	187	158
14	BWA0983	09.04.2025	Upendra Singh	46	M	488	312	176
15	BVS4208	09.04.2025	Radhika Devi	55	F	331	352	21
16	BND6415	09.04.2025	Soni Kumari	26	F	133	179	46

22/5/25
अपर उपाधिक्षक-सह-अपर मुख्य
चि०प० गैर संचारी रोग, अरवल।

जिला स्वास्थ्य समिति, समस्तीपुर
सदर अस्पताल परिसर, समस्तीपुर–848101
ई–मेल :– dhssamastipur@gmail.com वेबसाईट– http://dhssamastipur.org
फोन नं0 :– 06274 - 223001

(सामान्य प्रशासन प्रभाग)

पत्रांक 425 /डी0एच0एस0

प्रेषक,

सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, समस्तीपुर।

सेवा में,

राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (NP-NCD),
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना।

समस्तीपुर, दिनांक 22/05/2025

विषय : **ग्लूकोमीटर एवं उसके स्ट्रीप के संबंध में।**

प्रसंग : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना के पत्रांक 951 दिनांक 21.05.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों से ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि बिहार मेडिकल सर्विसेज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से आपूर्ति करायी गयी ग्लूकोमीटर/स्ट्रीप से परिणाम त्रुटिपूर्ण आ रहा है, जिसके कारण कार्य की गुणवत्ता एवं मधुमेह से ग्रसित मरीजों को चिन्हित करने में कठिनाई हो रही है।

अतः भवदीय से सादर अनुरोध है कि अपने स्तर से उक्त के संबंध में आवश्यक निर्णय लेने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

21/5/25   21/5/25

जिला कार्यक्रम प्रबंधक,
जिला स्वास्थ्य समिति, समस्तीपुर।

सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, समस्तीपुर।

542

कार्यालय, अपर उपाधीक्षक-सह-सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गैर संचारी रोग, दरभंगा।

पत्रांक 49 NCDO/025 ।

प्रेषक,

अपर उपाधीक्षक–सह–सहायक
अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
गैर संचारी रोग, दरभंगा।

सेवा में,

राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी–NP-NCD
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना।

लहेरियासराय, दिनांक 22.05.025

विषय :– बिहार मेडिकल सर्विसेज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से आपूर्ति करायी गयी ग्लूकोमीटर एवं उसके स्ट्रीप से रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण आने की सूचना के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– आपके कार्यालय पत्रांक–951 दिनांक–21/05/2025 के आलोक में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रसगाधीन पत्र के प्रसंग में दरभंगा जिला के विभिन्न स्वास्थ्य सस्थानों से ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि बिहार मेडिकल सर्विसेज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से आपूर्ति करायी गयी ग्लूकोमीटर एवं उसके स्ट्रीप से परिणाम त्रुटिपूर्ण आ रहा है, जिसके कारण मधुमेह के रोगियों को चिन्हित करने के साथ–साथ कार्य की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है।

अतः भवदीय से सादर अनुरोध है कि अपने स्तर से उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक निर्णय लेने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

22/5/25

अपर उपाधीक्षक–सह–सहायक
अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
गैर संचारी रोग, दरभंगा।

541

Dist NCD Cell Siwan

Dist NCD Clinic, Sadar Hospital Siwan

S No.	Reg No	Date	Patient name	Age	Sex	Blood Sugar Test Kit	Remarks
1	18031641	17-05-2025	USHA DEVI	60	F	266mg/dl	हमारे यहाँ पर Patient के Feedback एवं Clinical Condition के अनुसार Glucometer एवं Suger Strips का परिणाम संतोषप्रद है।
2	18031576	17-05-2025	RAVINDRA SINGH	60	M	330mg/dl	
3	18033988	17-05-2025	SANTOSH PANDIT	48	M	445mg/dl	
4	18050161	19-05-2025	BACHU RAY	50	M	117mg/dl	
5	18051444	19-05-2025	DHUVPATHI DEVI	70	F	163mg/dl	
6	18054549	19-05-2025	KALAWATI DEVI	68	F	224mg/dl	
7	18059152	19-05-2025	MANJU DEVI	46	F	184mg/dl	
8	18062065	19-05-2025	MANOJ SAH	37	M	289mg/dl	
9	18091544	20-05-2025	CHANDRA SEKHAR	67	M	111mg/dl	
10	18106088	20-05-2025	HASINA KHATOON	42	F	288mg/dl	
11	18109411	20-05-2025	ISHRAT JAHAN	49	F	110mg/dl	
12	18109725	20-05-2025	RITA DEVI	46	F	213mg/dl	
13	18111329	20-05-2025	SUNITA DEVI	53	F	120mg/dl	
14	18117448	20-05-2025	LAILA KHATOON	70	F	214mg/dl	
15	18138537	21-05-2025	RAJKISHOR PRATAP	45	M	305mg/dl	
16	18143329	21-05-2025	ANIL KUMAR RAY	38	M	140mg/dl	
17	18145328	21-05-2025	SHAHID EQWAL	29	M	110mg/dl	
18	18144558	21-05-2025	SANGITA DEVI	38	F	105mg/dl	

Letter No....11................../ Date-22-05-2025......................./

प्रतिलिपि :– राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, NP-NCD, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, पटना के पत्रांक 951 दिनांक 21.05.2025 के आलोक में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Lalit
Staff Nurse
NCD Clinic
Siwan

22/05/25

22/05/25
जिला गैर संचारी रोग पदाधिकारी
सिवान

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,गोरौल

पत्रांक:- 101 दिनांक:- 25/3/25

प्रेषक प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोरौल।

सेवा में,
असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी वैशाली।

विषयः Gluco-Test-Strip के गुणवत्ता के संबंध में।

महाशय

उपरोक्त विषयक प्रा0 स्वा0 के0 गोरौल में दिनांक 21/03/2025 को जिला औषधि भंडार हाजीपुर से कुल 96000 Gluco-Test-Strip की आपुर्ति की गई परन्तु इसके द्वारा **Blood Sugar** की जॉच नहीं हो पा रही है क्योकि सभी Gluco-Test-Strip त्रुटी पूर्ण है जिसका प्रर्दशन विडियो के माध्यम से स्पष्टतः भेजी जा रही है।

अतः श्रीमान से आग्रह है कि उक्त Gluco-Test-Strip को वापस की जाए एंव गुणवत्ता पूर्ण Gluco-Test-Strip की यथाशीघ्र आपूर्ति सुनिश्चित करना चाहेंगे ताकि आम मरीजो की ससमय जॉच हो सके।

GLUCO TEST STRIP
BN —— GSC2412021
MFG/Date- 12/2024
Exp.date- 11/2026

विश्वासभाजन

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोरौल।

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी
प्राथमिक स्वा0 केन्द, गोरौल

539

सेवा में,

सिविल सर्जन सह अध्यक्ष सचिव जिला स्वास्थ्य समीति बेगूसराय, सह अधीक्षक बेगूसराय

द्वारा :- उचित माध्यम

पत्रांक- 258
दिनांक- 17/03/2025

विषय :- Glucose test Strip खराब प्राप्त होने के संबंध में।

महाशय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि जो Glucose test Strips हमें प्राप्त हुआ है। उसका रिजल्ट नहीं बताता है। जो BMSICL के द्वारा Supply किया गया है जिसका Lot no- GSC250 LO45 है Jan-2025 Dec. 2026 है।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि इसे बदल कर दूसरा Glucose test Strips उपलब्ध कराने की कृपा करें।

ज्ञापांक/2
17.3.25
प्रशासी पदाधिकारी
सदर अस्पताल, बेगूसराय

आपका विश्वासी

शैलेश कुमार
प्रयोगशाला प्रावैधिकी
सदर अस्पताल बेगूसराय
17/03/25

जिला स्वास्थ्य समिति, समस्तीपुर
सदर अस्पताल परिसर, समस्तीपुर–848101
ई–मेल :– dhssamastipur@gmail.com वेबसाईट– http://dhssamastipur.org
फोन नं0 :– 06274 - 223001
(सामान्य प्रशासन प्रभाग)
पत्रांक ....391..../डी0एच0एस0

538

NATIONAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

प्रेषक,

सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, समस्तीपुर।

सेवा में,

कार्यपालक निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना।

समस्तीपुर, दिनांक 21/05/2025

विषय : **बिहार मेडिकल सर्विसेज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से आपूर्ति करायी गयी हीमोग्लोबिनोमीटर से रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण आने की सूचना के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों से ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि बिहार मेडिकल सर्विसेज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से आपूर्ति करायी गयी हीमोग्लोबिनोमीटर से परिणाम त्रुटिपूर्ण आ रहा है, जिसके कारण कार्य की गुणवत्ता एवं खून की कमी वाले मरीजों को चिन्हित करने में कठिनाई हो रही है।

अतः भवदीय से सादर अनुरोध है कि अपने स्तर से उक्त के संबंध में आवश्यक निर्णय लेने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

Sd/- 21/5/25
जिला कार्यक्रम प्रबंधक,
जिला स्वास्थ्य समिति, समस्तीपुर।

Sd/- 21.5.25
सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, समस्तीपुर।

जिला स्वास्थ्य समिति, औरंगाबाद

स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार

प्रेषक, पत्रांक 845 /DHS(GA-2)/25-26

सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, औरंगाबाद

सेवा में,

सहायक निदेशक औषधि–सह–
नोडल पदाधिकारी, DVDMS
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना।

औरंगाबाद, दिनांक 21 / 05 /2025

विषय – एनिमिया मुक्त भारत/RKSK के लिए उपलब्ध कराये गये हिमोग्लोबीनोमीटर एवं स्ट्रीप के तकनीकि खराबी के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि जिले के स्वास्थ्य उपकेन्द्र में एनिमिया मुक्त भारत/RKSK के लिए उपलब्ध कराये गये हिमोग्लोबीनोमीटर एवं स्ट्रीप के तकनीकी खराबी से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई है।

अतः उक्त आलोक में प्रतिवेदित करना है कि जिले के सभी प्रखण्डों से सूचित किया गया है कि सिर्फ देव प्रखण्ड के खखड़ा एवं विशुनपुर चट्टी स्वास्थ्य उपकेन्द्र पर हिमोग्लोबीनोमीटर एवं स्ट्रीप काम कर रहा है लेकिन इसके अलावा किसी भी प्रखण्ड के स्वास्थ्य उपकेन्द्र में हिमोग्लोबीनोमीटर रिर्पोट की शुद्धता सही नहीं है।

विश्वासभाजन

21/05/25

जिला कार्यक्रम प्रबंधक
जिला स्वास्थ्य समिति, औरंगाबाद।

सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, औरंगाबाद।

ज्ञापांक 845 /DHS/(GA-2)/25-26 औरंगाबाद, दिनांक 21 / 05 /2025

प्रतिलिपि –जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, औरंगाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

21/05/25

जिला कार्यक्रम प्रबंधक
जिला स्वास्थ्य समिति, औरंगाबाद।

सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, औरंगाबाद।

District Health Society, Vaishali (DHS, Vaishali)

जिला स्वास्थ्य समिति, वैशाली

536

पत्रांक – DHS/572/25-26 दिनांक – 22/05/2025

प्रेषक : **सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव,**
जिला स्वास्थ्य समिति, वैशाली।

सेवा में,
सहायक निदेशक औषधि,
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार।

विषय : हिमोग्लोबीनोमीटर एवं उसके स्ट्रीप में तकनीकी खराबी के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत कहना है कि कुल पाँच स्वास्थ्य संस्थान (पातेपुर, सदर प्रखण्ड हाजीपुर, महुआ, गोरौल, भगवानपुर) के द्वारा हिमोग्लोबीनोमीटर एवं उसके स्ट्रीप में तकनीकी खराबी के संबंध में सूचित किया गया है।

अनुलग्नक – यथोक्त।

विश्वासभाजन

21/05/25 21/5/25

जिला कार्यक्रम प्रबंधक,
जिला स्वास्थ्य समिति, वैशाली।

सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, वैशाली।

ज्ञापांक – DHS/572/25-26 दिनांक – 22/05/2025

प्रतिलिपि :– कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

21/05/25 21/5/25

जिला कार्यक्रम प्रबंधक,
जिला स्वास्थ्य समिति, वैशाली।

सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, वैशाली।

सदर अस्पताल हाजीपुर परिसर, हाजीपुर जिला – वैशाली
ई:–मेल: dhs_vaishali@rediffmail.com
मुख्यालयः राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, शेखपुरा, पटना
Web Site: -> statehealthsocietybihar.org

535

कार्यालयः—प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी

Primary Health Center, Sadar Block, Hajipur

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सदर प्रखण्ड, हाजीपुर

email- yl_hajipursadar.rks@rediffmail.com, Phone No. 06224-271018

सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21, 1860 के तहत निबंधन संख्या— 856/2006–07

बिहार सरकार

NATIONAL HEALTH MISSION

पत्रांक– RKS/181/2025

प्रेषक :— प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी,
प्रा०स्वा०केन्द्र, हाजीपुर (वैशाली)

सेवा में,

सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, वैशाली।

हाजीपुर, दिनांक– 21/05/2025

विषय :— Hemoglobin Meter से संबंधित प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।

महाशय,

उपयुर्क्त विषयक के संबंध में कहना है कि अधोहस्ताक्षरी संस्थान को उपलब्ध कराये गये **Hemoglobin Meter** की कार्यरत स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन निम्न प्रकार है–

क्रम	उपकरण का नाम	प्राप्त उपकरण की संख्या	खराब उपकरण की संख्या	अभियुक्ति
1	हीमोग्लेबीन मीटर	30	23	

विश्वासभाजन,
21/5/25

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी
प्रा०स्वा०केन्द्र, हाजीपुर (वैशाली)
21/5/2025

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,महुआ (वैशाली)

Email : vl_mahua.rks@rediffmail.com
Tel 8544421930

534

पत्रांक.....RKS/247/25

दिनांक.....21/5/2025

प्रेषकः–प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी,
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,महुआ।

सेवा मे,
सिविल सर्जन सह सदस्य सिचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति वैशाली।

विषयः–Hemoglobin meter से संबंधित प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि अधोहस्ताक्षरी संस्थान को उपलब्ध कराए गये Hemoglobin meter की कार्यरत स्थिति से संबंधित निम्न प्रकार है–

क्र0	उपकरण का नाम	प्राप्त उपकरण की संख्या	खराब उपकरण की संख्या	अभियुक्ति
1	हेमोग्लोबीन मीटर	30	12	

विश्वासभाजन

21/05/25

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी,
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,महुआ।

CS CamScanner

533

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सह ट्रामा सेन्टर गोरौल

Tele Fax – 06227-229014
E_mail – vl_goraul.rks@rediffmail.com

पत्रांक :- 194 दिनांक : 21/05/25

प्रेषक : प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सह ट्रामा सेन्टर गोरौल ।

सेवा में ,
सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति,वैशाली

विषय :- हेमोगलोबीन मीटर के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक कहना है की राज्य स्तर से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गोरौल को कुल 16 हेमोगलोबीन मीटर उपलब्ध कराई गई थी जिसमें 3 हेमोगलोबीन मीटर ही काम कर रही है बाकी 13 हेमोगलोबीन मीटर काम नही कर रही है।

अतः श्रीमान को सादर सुचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन

21/05/25 21/5/25

प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सह ट्रामा सेन्टर गोरौल ।

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सह ट्रामा सेन्टर गोरौल ।

प्रतिलिपि :- जिला योजना समनवयक जिला स्वास्थ्य समिति वैशाली हाजीपुर को सुचनार्थ प्रेषित।

21/05/25 21/5/25

प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सह ट्रामा सेन्टर गोरौल ।

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सह ट्रामा सेन्टर गोरौल

532

phcbhgwanpur9199@gmail.com

पत्रांक 240 दिनांक 21.5.2025

प्रेषक:- प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी
सामुदायिक स्वा0 केन्द्र भगवानपुर, वैशाली

सेवा में
असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, हाजीपुर, वैशाली

विषय :- हीमोंगोबिन मीटर और टेस्ट स्ट्रीप गुणवत्ता के संबंध में

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध मे कहना है कि इस संस्थान मे हीमोंगोबिन मीटर और टेस्ट कीट आया था जिसका बैच नं HS2308A उत्पाद तिथि 01.08.2023 तिथिवाद 31.7.2026 संख्या 30, टेस्ट कीट बैच नं HS230905 उत्पाद तिथि 01.09.2023 तिथिवाद 31.8.2025 संख्या 15500, BMSICL के द्वारा जिला दवा भण्डार को प्राप्त हुआ। जिला भण्डार से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भगवानपुर को आपुर्ति किया गया था। जिसका वितरण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भगवानपुर के द्वारा सभी हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर कर दिया गया। उपरोक्त मशीन के द्वारा जांच करने पर रिर्पोट त्रुटिपूर्ण आ रहा है।

अतः श्रीमान को इसकी सुचना दी जा रही है।

Neha
Medical Officer
GHC Bhagwanpur, Vaishali

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी
सामुदायिक स्वा0 केन्द्र भगवानपुर ,वैशाली

S31

रोगी कल्याण समिति पातेपुर {वैशाली}

Rogi Kalyan Samiti Patepur (Vaishali)

सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 36/2006 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड संस्था

पत्रांकः–RKS/PTR/174/25 दिनांकः– 21/05/2025

प्रेषकः– प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी

प्रा० स्वा० केन्द्र , पातेपुर।

सेवा में,

सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव

जिला स्वास्थ्य समिति वैशाली।

विषयः– हिमोग्लोबीनोमीटर के संबंध मे।

महाशय

उपरोक्त विषयक कहना है कि राज्य स्तर से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पातेपुर को कुल 35 हेमोगलोबीन मीटर उपलब्ध कराई गई थी जिसमें 8 हेमोगलोबीन मीटर ही काम कर रहे है बाकी 27 हेमोगलोबीन मीटर काम नही कर रहे है।

अतः श्रीमान को सादर सुचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन

21.05.25

MEDICAL OFFICER INCHARGE
Primary Health Centre
Patepur, Vaishali

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी
प्रा० स्वा० केन्द्र, पातेपुर

530

रोगी कल्याण समिति पातेपुर {वैशाली}

Rogi Kalyan Samiti Patepur (Vaishali)

सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 36 / 2006 के अर्न्तगत रजिस्टर्ड संस्था

पत्रांकः—RKS/PTR/174/25 दिनांकः— 21 / 05 / 2025

प्रेषकः— प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी

प्रा0 स्वा0 केन्द्र , पातेपुर।

सेवा में,

सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव

जिला स्वास्थ्य समिति वैशाली।

विषयः— हिमोग्लोबीनोमीटर के संबंध मे।

महाशय

उपरोक्त विषयक कहना है कि राज्य स्तर से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पातेपुर को कुल 35 हेमोगलोबीन मीटर उपलब्ध कराई गई थी जिसमें 8 हेमोगलोबीन मीटर ही काम कर रहे है बाकी 27 हेमोगलोबीन मीटर काम नही कर रहे है।

अतः श्रीमान को सादर सुचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन

21.05.25

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी
प्रा0 स्वा0 केन्द्र, पातेपुर

MEDICAL OFFICER INCHARGE
Primary Health Centre
Patepur, Vaishali

District Health Society, Vaishali (DHS, Vaishali)

जिला स्वास्थ्य समिति, वैशाली

पत्रांक – DHS/572/25-26 दिनांक – 22/05/2025

प्रेषक : **सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव,**
जिला स्वास्थ्य समिति, वैशाली।

सेवा में,
सहायक निदेशक औषधि,
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार।

विषय : हिमोग्लोबीनोमीटर एवं उसके स्ट्रीप में तकनीकी खराबी के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत कहना है कि कुल पॉच स्वास्थ्य संस्थान (पातेपुर, सदर प्रखण्ड हाजीपुर, महुआ, गोरौल, भगवानपुर) के द्वारा हिमोग्लोबीनोमीटर एवं उसके स्ट्रीप में तकनीकी खराबी के संबंध में सूचित किया गया है।

अनुलग्नक – यथोक्त।

विश्वासभाजन

21/05/25 21/5/25

जिला कार्यक्रम प्रबंधक,
जिला स्वास्थ्य समिति, वैशाली।

सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, वैशाली।

ज्ञापांक – DHS/572/25-26 दिनांक – 22/05/2025

प्रतिलिपि :– कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

21/05/25 21/5/25

जिला कार्यक्रम प्रबंधक,
जिला स्वास्थ्य समिति, वैशाली।

सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, वैशाली।

सदर अस्पताल हाजीपुर परिसर, हाजीपुर जिला – वैशाली
ई:–मेल: dhs_vaishali@rediffmail.com
मुख्यालय: राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, शेखपुरा, पटना
Web Site: -> statehealthsocietybihar.org

528

कार्यालयः—प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी

Primary Health Center, Sadar Block, Hajipur

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सदर प्रखण्ड, हाजीपुर

बिहार सरकार

email- vl_hajipursadar.rks@rediffmail.com, Phone No. 06224-271018

सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21, 1860 के तहत निबंधन संख्या— 056/2006—07

पत्रांक— RKS/181/2025

प्रेषक :— प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी,
प्रा०स्वा०केन्द्र, हाजीपुर (वैशाली)

सेवा में,

सिविल सर्जन—सह—सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, वैशाली।

हाजीपुर, दिनांक— 21/05/2025

विषय :— Hemoglobin Meter से संबंधित प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।

महाशय,

उपयुर्क्त विषयक के संबंध में कहना है कि अधोहस्ताक्षरी संस्थान को उपलब्ध कराये गये Hemoglobin Meter की कार्यरत स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन निम्न प्रकार है—

क्रम	उपकरण का नाम	प्राप्त उपकरण की संख्या	खराब उपकरण की संख्या	अभियुक्ति
1	हीमोग्लेबीन मीटर	30	23	

विश्वासभाजन,

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी
प्रा०स्वा०केन्द्र, हाजीपुर (वैशाली)

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,महुआ (वैशाली)
Email : vl_mahua.rks@rediffmail.com
Tel 8544421930

527

पत्रांक.....Rks/247/25 दिनांक....21/5/2025

प्रेषकः–प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी,
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,महुआ।

सेवा मे,
सिविल सर्जन सह सदस्य सिचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति वैशाली।

विषयः–Hemoglobin meter से संबंधित प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।

महाशय,
उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि अधोहस्ताक्षरी संस्थान को उपलब्ध कराए गये Hemoglobin meter की कार्यरत स्थिति से संबंधित निम्न प्रकार है–

क्र0	उपकरण का नाम	प्राप्त उपकरण की संख्या	खराब उपकरण की संख्या	अभियुक्ति
1	हेमोग्लोबीन मीटर	30	12	

विश्वासभाजन

21/05/25

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी,
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,महुआ।

CamScanner

1526

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सह ट्रामा सेन्टर गोरौल

Tele Fax – 06227-229014
E_mail – vl_goraul.rks@rediffmail.com

पत्रांक :- 194 दिनांक : 21/05/25

प्रेषक : प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सह ट्रामा सेन्टर गोरौल ।

सेवा में ,
सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति,वैशाली

विषय :- हेमोगलोबीन मीटर के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक कहना है की राज्य स्तर से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गोरौल को कुल 16 हेमोगलोबीन मीटर उपलब्ध कराई गई थी जिसमें 3 हेमोगलोबीन मीटर ही काम कर रही है बाकी 13 हेमोगलोबीन मीटर काम नही कर रही है।

अतः श्रीमान को सादर सुचनार्थ प्रेषित।

21/05/25
प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सह ट्रामा सेन्टर गोरौल ।

विश्वासभाजन
21/5/25
प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सह ट्रामा सेन्टर गोरौल ।

प्रतिलिपि :- जिला योजना समनवयक जिला स्वास्थ्य समिति वैशाली हाजीपुर को सुचनार्थ प्रेषित।

21/05/25
प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सह ट्रामा सेन्टर गोरौल ।

21/5/25
प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सह ट्रामा सेन्टर गोरौल

S25

phcbhgwanpur9199@gmail.com

पत्रांक 240 दिनांक 21.5.2025

प्रेषक:- प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी
सामुदायिक स्वा0 केन्द्र भगवानपुर, वैशाली

सेवा में
असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, हाजीपुर, वैशाली

विषय :- हीमोंगोबिन मीटर और टेस्ट स्ट्रीप के संबंध में (गुणवत्ता के)

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध मे कहना है कि इस संस्थान मे हीमोंगोबिन मीटर और टेस्ट कीट आया था जिसका बैच नं-HS2308A उत्पाद तिथि 01.08.2023 तिथिवाद 31.7.2026 संख्या 30, टेस्ट कीट बैच नं HS230905 उत्पाद तिथि 01.09.2023 तिथिवाद 31.8.2025 संख्या 15500, BMSICL के द्वारा जिला दवा भण्डार को प्राप्त हुआ। जिला भण्डार से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भगवानपुर को आपुर्ति किया गया था। जिसका वितरण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भगवानपुर के द्वारा सभी हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर कर दिया गया। उपरोक्त मशीन के द्वारा जांच करने पर रिर्पोट त्रुटिपूर्ण आ रहा है।

अतः श्रीमान को इसकी सुचना दी जा रही है।

Neha
Medical Officer
CHC Bhagwanpur, Vaishali

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी
सामुदायिक स्वा0 केन्द्र भगवानपुर, वैशाली

पूर्वी चंपारण

524

हिमोग्लोबीनोमीटर एवं स्ट्रीप तथा ग्लुकोमीटर एवं स्ट्रीप से संबंधित प्रतिवेदन

कम सं0	संस्थान का नाम	हिमोग्लोबीनोमीटर एवं स्ट्रीप ठीक ढ़ंग से काम कर रहा है अथवा नही (हॉ/नही)	ग्लुकोमीटर एवं स्ट्रीप ठीक ढ़ंग से काम कर रहा है अथवा नही (हॉ/नही)
1	Adapur	हॉ	हॉ
2	Areraj	रिडींग के डाटा में अन्तर आ रहा है	हॉ
3	Chakia	हॉ	रिडींग के डाटा में अन्तर आ रहा है
4	Chhauradano	काम नही कर रहा है	हॉ
5	Chiraiya	हिमोग्लोबीनोमीटर ठीक ढंग से काम नही कर रहा है	स्ट्रीप में समस्या है
6	Dhaka	हॉ	हॉ
7	Ghorasahan	स्ट्रीप काम नही कर रहा है	हॉ
8	Harsidhi	हॉ	समस्या आ रहा है
9	Kalyanpur	हॉ	हॉ
10	Kesharia	स्ट्रीप लगाने के बाद एरर आता है	हॉ
11	Madhuban	रिडींग के डाटा में अन्तर आ रहा है	बैट्री तुरंत खराब हो जाता है
12	Mehasi	हॉ	हॉ
13	Motihari Sadar	डिस्पले काम नही कर रहा है	हॉ
14	Paharpur	हॉ	हॉ
15	Pakaridayal	काम नही कर रहा है	काम नही कर रहा है
16	Patahi	हॉ	हॉ
17	Ramgarhwa	रिडींग के डाटा में अन्तर आ रहा है	कभी काम करता है कभी नही
18	Raxaul	काम नही कर रहा है	हॉ
19	Sugauli	हॉ	हॉ
20	Turkauliya	हॉ	हा
21	Banjaria	रिडींग के डाटा में अन्तर आ रहा है	एरर आ रहा है
22	Bankatwa	स्ट्रीप काम नही कर रहा है	हॉ
23	Fenahara	काम नही कर रहा है	काम नही कर रहा है
24	Kotwa	कही कही काम नही कर रहा है	हा
25	Piprakothi	कही कही काम नही कर रहा है	हा
26	Sangrampur	कही कही काम नही कर रहा है	हा
27	Tetariya	हॉ	काम नही कर रहा है

523

जिला स्वास्थ्य समिति, दरभंगा
स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार

T.B.D.C Building Allalpatti, Darbhanga- 846003
email : report_dhsdarbhanga@rediffmail.com

असैनिक शल्य चिकित्सक सह सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, दरभंगा।

पत्रांक 976 /DHS/2025

सेवा में,

कार्यपालक निदेशक
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना।

लहेरियासराय, दिनांक 20/05/2025

विषय :- *बिहार मेडिकल सर्विसेज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से आपूर्ति करायी गयी हेमोग्लोबिनोमीटर से रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण आने की सूचना के सम्बन्ध में।*

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि दरभंगा जिला के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों से ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि बिहार मेडिकल सर्विसेज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से आपूर्ति करायी गयी हेमोग्लोबिनोमीटर से परिणाम त्रुटिपूर्ण आ रहा है, जिसके कारण कार्य की गुणवत्ता एवं खून की कमी वाले मरीजों को चिन्हित करने में कठिनाई हो रही है।

अतः भवदीय से सादर अनुरोध है कि अपने स्तर से उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक निर्णय लेने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

20/05/25

असैनिक शल्य चिकित्सक सह सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, दरभंगा।

21/05/25

कार्यालय :- जिला गैर संचारी रोग पदाधिकारी, बेगूसराय

522

Email Id :-ncdcellbegusarai@gmail.com

दिनांक :-.................................|

पत्रांक:- ....

प्रेषक :- अपर उपाधीक्षक सह सहायक
अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
गैर संचारी रोग, बेगुसराय |

सेवा में
राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (NP-NCD)
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार |

विषय :- Haemoglobinometer, ग्लूकोमीटर एवं स्ट्रिपस के संबंध में |

प्रसंग :- राज्यस स्वास्थ्य समिति, बिहार के पत्रांक 951, दिनांक 21/05/2025 के आलोक में,

महाशय ,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत सभी स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत ANM, CHO एवं अन्य सम्बंधितों से Haemoglobinometer , ग्लूकोमीटर एवं स्ट्रिपस के क्रियाशीलता के बारे मे पता किया गया, जिसमे निम्न परिणाम सामने आया है :-

1. **Haemoglobinometer** : CHO के द्वारा बताया गया कि Lot no. 04D23PAR, 14B25PAR03SG, 31A25PAR03SG, 18B25PAR03SG, 05B25PAR03SG के मशीन मे कुछ त्रुटिपूर्ण परिणाम प्राप्त हो रहा है यथा – मशीन मे रिपोर्ट नहीं दिखाना, अलग अलग व्यक्तियों का रिपोर्ट लगभग एक समान आना, एक ही समय मे एक व्यक्ति का Hb रिपोर्ट मे भिन्नता, गलत रिपोर्ट दिखाना (कम Hb show करना) इत्यादि |
2. **Glucometer एवं Strips** : कुछ CHO के द्वारा बताया गया कि Lot no. GSC2501015 के स्ट्रिपस ग्लूकोमीटर मे काम नहीं कर रहा है तथा रीडिंग नहीं आ रहा है |

विश्वासभाजन

22.5.25

अपर उपाधीक्षक सह सहायक
अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
गैर संचारी रोग, बेगुसराय |

ज्ञापांक :-..86......., दिनांक :-..22/5/25..........|

प्रतिलिपि :- सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित |

प्रतिलिपि :- जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित |

22.5.25

अपर उपाधीक्षक सह सहायक
अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
गैर संचारी रोग, बेगुसराय |